5052 型笔式海水盐度计

使用说明

一. 技术参数:

1. 测量范围: 0 ~ 100.0 ppt

2. 分辨率: 0.01/0.1 ppt

3. 精确度: ±1.5% FS。

4. 温度补偿范围: 0 ~ 60℃ (自动), 无温度显示。

5. 自动校准: 1 点校准 (50.0 mS)

6. 电源: AAA 电池 2 节, 可连续使用 100 小时以上。

7. 尺寸和重量: 39×25×176 mm / 87 g

8. 防水等级: IP57

二. 使用方法:

1. 校正: 用干净水清洗电极并甩干, 插入 50.0 mS 校准溶液中, 搅动后静止放置等显示值稳定, 重复以上操作数次直至测量值重复显示, 按住按键约 2 秒钟, 等显示屏出现 "CAL" 符号后放开, 显示闪烁的 "50.0 mS", 几秒钟后校准完成。

2. 测试: 用干净水清洗电极并甩干, 将电极浸入测试溶液中, 搅动后静止放置, 等显示值稳定后读数。

3. 使用后用干净水清洗电极并擦干, 套上电极帽。

三. 注意事项:

1. 仪器出厂时已经校正, 用户可直接使用。正常使用情况下推荐 1~2 月校正一次。

2. 电极如沾污, 可将电极浸在含有洗涤剂的温热水或酒精中晃动清洗, 但不能擦拭, 以免损坏电极表面的铂黑镀层。

3. 仪器无按键操作 10 分钟后自动关闭。

4. 当仪器显示屏出现 " " 图标时, 请更换电池。

上海三信仪表厂

地址: 上海市桂平路 471 号 4 幢 3 楼 (漕河泾高新技术开发区内) 邮编: 200233

电话: 021-63362480 传真: 021-64956880 网址: www.shsan-xin.com